

購入仕様書

1. 件名

あと施工アンカー用ジャッキ購入

2. 適用

本仕様書は、国立研究開発法人建築研究所が発注する「あと施工アンカー用ジャッキ購入」に適用する。

3. 目的

大径のアンカー筋を用いたあと施工アンカー試験体の付着強度試験を数多く実施するため、大きな緊張力かつ試験が簡便に実施できるジャッキが必要となるため、購入するものである。

4. 品名及び数量

型式：SPEED400-50D22-U-42 1台

仕様：400kN50mmストローク

セーフティカバー、チャックケース、スプリング、D22チャック、支圧板（孔径φ42）、球座、ロッドグリッパー付き（加力試験時の全ネジ用安全対策を含む）

付属部品：①D25チャック 1個、②M22ナット 1個、③M24ナット 1個、④全ネジ用アダプター 1個、⑤全ネジ用ヘッドキャップ（M22・M24兼用） 1個、⑥支圧板（孔径φ37.5） 1個、⑦支圧板（孔径φ48） 1個、⑧ロッドグリッパー（D25用） 1個、⑨ロッドグリッパー（M22用） 1個、⑩ロッドグリッパー（M24用） 1個

その他：計測機器、バッテリー、ポンプは含まない。工具ケース 1式、計測機器のプログラム改造費用一式を含む。なお、試験対象としているアンカー筋は、D22、D25、ねじ節(D22、D25)、全ネジ(M22、M24)である。

5. 納入場所

茨城県つくば市立原1番地

国立研究開発法人建築研究所 本館 513号室

6. 納入期限

令和2年1月31日(金)

7. 検査

納入時に担当者の立ち会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。

8. 疑義

本仕様書に疑義が生じた場合は、「8. 担当者」と協議するものとする。

9. 担当者

構造研究グループ 南部禎士（内線 4322）